

DKL CHAIRS GmbH kann sich nur dann für die Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung der Behandlungseinheit als verantwortlich betrachten, wenn nachstehende Hinweise eingehalten sind:

1. Die Montage durch DKL oder von DKL autorisierten Dritten geschulte Techniker oder durch Personal von autorisierten Händlern durchgeführt werden.
2. Die Dentaleinheit wird in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet.
3. Die jährlich empfohlenen Wartungen durchgeführt werden und die Anforderungen der EN/IEC 62353 „Wiederholungsprüfungen und Prüfungen vor der Inbetriebnahme von medizinischen elektrischen Geräten und Systemen – allgemeine Vorschriften“ im vollen Umfang erfüllt werden.
4. Bei der Benutzung die nationalen gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden.

Modell	Seriennummer

Praxisanschrift:

Für die oben genannten Dentaleinheit(en) gilt:	ja	nein
1. Sie ist/sind vollständig		
2. Sie wurde(n) ordnungsgemäß montiert		
3. Die sicherheitstechnische Kontrolle nach EN 62353 Erstinbetriebnahme wurde dokumentiert (Medizinproduktebuch*, Punkt 4)		
4. Sie ist/sind voll funktionstüchtig (Medizinproduktebuch* Punkt 2)		
5. Die Einweisung nach MPBetreibV §5 ist erfolgt und wurde dokumentiert (Einweisungsprotokoll*, Medizinproduktebuch* Punkt 3)		
6. Die Gebrauchsanweisung wurde übergeben (Medizinproduktebuch* Punkt 2)		
7. Die Wartungsanweisung wurde übergeben (Wartungsprotokoll*, Medizinproduktebuch*, Punkt 5)		
8. Es wurde auf die nach Landesrecht geforderten Unterlagen hingewiesen		

Noch zu erledigende Restarbeiten	ja		nein	
Wenn ja, welche:	durch wen zu erledigen:			

Wir weisen darauf hin, dass zum Anschluss von Dentaleinheiten an das öffentliche Trinkwassernetz ein freier Auslauf gemäß EN 1717 vorzusehen ist. Für den Fall, dass die o.g. Dentaleinheit(en) keine Trennstrecke beinhaltet/n bzw. ohne Trennstrecke bestellt wurde(n), liegt es in der Verantwortung des Betreibers, einen freien Auslauf – bauseits – vorzusehen bzw. den Sachverhalt mit dem örtlichen Wasserversorger abzuklären.

Ort:	Datum:
Unterschrift Techniker oder Fachhändler:	Unterschrift Endkunde:

Dieses Dokument dient als Nachweis der Installation und der Einweisung in die o.g. Dentaleinheit(en) und sichert Ihre Gewährleistungsansprüche. Senden Sie das Formular ausgefüllt per Email an info@dkl.de oder per Post an die Anschrift: DKL CHAIRS GmbH – An der Ziegelei 3 - 37124 Rosdorf – Deutschland.

*Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-Stick mit allen Produktunterlagen.
 Auf diesem Stick finden Sie die Gebrauchsanweisung für die jeweiligen Modelle aus der L2-Serie und D2-Serie. Benutzen Sie für die Einweisung das Dokument „TPL-Einweisungsprotokoll. Im Medizinproduktebuch können Sie alle Schritte dokumentieren. Das Wartungsprotokoll_L2_D2 gibt die Wartungsintervalle vor.